الجمهورية التونسية
وزارة الصحة

الصيدلية المركزية التونسية
LA PHARMACIE CENTRALE DE TUNISIE

DT-TEC-01/02

تونس في : 16/10/2026

رقـــم: 2026/H 15

مـــنـــشـــور إعلامـــي

قطـاع المستشفيـات

ـ قرار سحب

Par Décision du Ministère de la Santé du 14/10/2026,

Le lot de l'article suivant est retiré du marché

Code Produit	Libellé Produit	Lot à retirer	Fabriquant	Importateur	Motif
-	IMAGER Cathéter d'angiographie	**74L2500367** (EXP :11/2027)	BOSTON SCIENTIFIC (Hollande)	KT BIO	Rappel mondial annoncé par le fabricant en raison d'un risque de dégradation ou de détachement de leur extrémité pendant leur utilisation

Le retrait du commerce de ce lot doit se faire immédiatement et sans délai.

عن الرئيس المدير العام
للصيدلية المركزية التونسية

Pharmacie Centrale de Tunisie
Mme [illegible]
Pharmacien Responsable Technique