

تونس في : 04/10/2023

رقم: 2023/ H11

# منشور إعلامي

## قطاع المستشفيات

- قرار سحب

\*Par Décision du Ministère de la Santé N° 0001109-03040000-20-2023 du 03/10/2023,

Les produits suivants sont retirés du marché

| Code Produit | Libellé Produit                              | Lot à retirer | Société                                           | Motif                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -            | VALVE TRIFECTA™                              | Tous Les lots | ALPHA HEALTHCARE<br>TUNISIA<br>FABRICANT : ABBOTT | « Retrait volontaire vu un risque potentiel de la détérioration structurelle de la valve (SVD) précoce » |
| -            | VALVE TRIFECTA™ AVEC TECHNOLOGIE GLIDE™ (GT) |               |                                                   |                                                                                                          |

Le retrait du commerce de ces lots doit se faire immédiatement et sans délai.

عن الرئيس المدير العام  
للصيدلية المركزية التونسية



Pharmacie Centrale de Tunisie  
Mme JAZHA Souissi Kamilia  
Pharmacien Responsable Technique