

تونس في : 24/11/2023

رقم: 2023/H15

منشور إعلامي

قطاع المستشفيات

- قرار سحب

*Par Décision du Ministère de la Santé N°0001335-03040000-20-2023-د du 22/11/2023
Le lot de la spécialité pharmaceutique suivante est retiré du marché

Code Produit	Libellé Produit	Lot à retirer	Laboratoires	Motif
-	NEODRAP Kit chirurgical pour pose de cathéter central Réf :006A	020/22 EXP :10/2027	ADHE-ELS	« Un système d'emballage défectueux ne permettant pas d'assurer une protection physique du produit ni de maintenir l'intégrité du système de barrière stérile »

Le retrait du commerce de ces lots doit se faire immédiatement et sans délai.

الرئيس المدير العام
للصيدلية المركزية التونسية


الرئيس المدير العام
الدكتور المهدي الدريدي